

FICHE REX N°

10

ACCIDENT

INCIDENT

L'évènement ?

Coupure à l'index en ouvrant une ampoule en verre

Titre du REX

Quand ?

Juin 2012

ANNEE, MOIS

Où ?

Chantier GP

France : Dépt – Etranger : Pays

Quelle tâche ?

En ouvrant une ampoule en verre

Forage, excavations, manipulation de produits, etc.

BILAN DE L'EVENEMENT


		€
<input type="checkbox"/> Soins	<input type="checkbox"/> Dégâts superficiels mais localisés	<input type="checkbox"/> < 10K€
<input checked="" type="checkbox"/> ASA ou faible Exposition	<input type="checkbox"/> Dégâts superficiels et étendus	<input type="checkbox"/> 10-50K€
<input type="checkbox"/> AAA ou forte exposition	<input type="checkbox"/> Dégâts importants mais localisés	<input type="checkbox"/> 50-100K€
<input type="checkbox"/> Décès	<input type="checkbox"/> Dégâts importants et étendus	<input type="checkbox"/> > 100K€

Les faits ?

Lors d'une analyse d'un échantillon de terre avec un kit pétroflag, un technicien s'est entaillé l'index en ouvrant l'ampoule en verre. Le système prévoit que le capuchon de l'ampoule soit cassé afin de verser dans l'éprouvette

Description factuelle du contexte de survenue de l'évènement / Analyse des causes (Eléments personnels, Formation / Connaissances, Organisation / Management, Sous-traitants, Conception / Modification, Maintenance, Achats / Réception, Outils / Equipements, Management de la sécurité, Communication), points critiques

Quelles images ?



Joindre un schéma, des images...

Conséquences immédiates ?

2 points de sutures à l'index

Humaines, Organisationnelles, Techniques

Conséquences potentielles ?

Humaines, Organisationnelles, Techniques

Comment l'évènement a été géré ?

Expliciter quelles ont été les réactions des différents acteurs présents pour gérer la crise, premières décisions et mesures prises...

Quelles améliorations ?

Humaines

Etre formé et suivre la notice d'utilisation

Organisationnelles

Techniques

Description synthétique des améliorations retenues, actions mises en place